

# DIAS-Anpassmodul DAI 121



Dieses Anpassmodul dient zur Temperaturmessung mit Thermo-Elementen: 0 - 1200 °C; Eingangsfiler 1 s.

Mit dem Anpassmodul wird der Messbereich für den jeweiligen Eingangskanal des DAI 081 bestimmt.

## Technische Daten

Messbereich	0 - 1200 °C
Fühlerbereich	0 - 48,828 mV
Messwert	0 - 4000
Eingangswiderstand	> 0,5 MΩ
Gleichtaktbereich	±20 V
Eingangsfiler	1 s
Geeigneter Fühlertyp	NiCrNi DIN IEC 584
Messgenauigkeit	±0,75 %
Referenzausgang	+10 V / ±1 %
Belastbarkeit Referenzausgang	2,5 mA
Hardwareversion	Version 2.x
Normung	UL (E247993)

## Artikelnummer

Artikelnummer	05-020-121
---------------	------------